



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ **ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ** Ν.Π.Δ.Δ.

Από: Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας
Δρ. Αχιλλέα Λιούλια
Τηλέφωνο: 2132058254-255
Γραμματεία τηλ. 2132058256

Ημερομηνία: 26/07/2017

Αριθμός Πρωτ.: 15737/26-7-1

Επείγον

Π ρ ο ς: Διοικητή του Νοσοκομείου

Κοινοποίηση:
-Δ.Ι.Υ.

Σ χ ε τ.: Το αριθμ. πρωτ. 1185/18-01-2017 έγγραφο του Δ/ντού Τμήματος Νεοτέρων Απεικονιστικών Μεθόδων.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού με θέμα: "Αναβάθμιση Συστήματος Μαγνητικής Τομογραφίας σε GE SIGNA Excite 1,5 T" σας γνωρίζω ότι

- α) Δεν πληροί τον κανονισμό εσωτερικής αλληλογραφίας και ως εκ τούτου δεν ασχολούμεθα με το περιεχόμενο του, αλλά με τις δικές σας ιδιόγραφες επ' αυτού επισημάνσεις.
- β) Μετά από επικοινωνία με τους Ιατρούς του Τμήματος έγιναν οι πιο κάτω εκ μέρους τους επισημάνσεις, οι οποίες επισυνάπτονται σελ. 5, 6 και 7.
- γ) Επομένως, η αναβάθμιση του υπάρχοντος Μαγνητικού Τομογράφου, συμπληρώνει και βελτιώνει την λειτουργία του Τμήματος καλύπτοντας τις ελλείψεις ανάγκες του Νοσοκομείου.
- δ) Εφ' όσον όμως, αγορασθεί και εγκατασταθεί σύντομα νέος Μαγνητικός σαφώς δεν υπάρχει λόγος αναβάθμισης, εκτός εάν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αγοράς νέου είναι μακρές, οπότε η συμβολή του αναβαθμισμένου μαγνητικού θα συμβάλλει ποιοτικά, ποσοτικά και οικονομικά στο Νοσοκομείο. Άλλωστε τώρα το υπάρχον μηχάνημα είναι σε συνεχή "κατάπτωση" τόσο από πλευράς πηνίων όσο και φέροντος βάρους.

Αρα ο χρόνος αντικατάστασης με νέο είναι το πρώτο κριτήριο και ενδεχομένως σαν δεύτερο η πιθανή αξία μεταπώλησης όπως γίνεται σε Νοσοκομεία του εξωτερικού σε περιπτώσεις ανανέωσης εξοπλισμού αυτού του είδους και μεγέθους.

Εάν αποφασισθεί τέλος να μην αναβαθμισθεί και να αναμένεται η αγορά Νέου, τότε για την κάλυψη σε εξοπλισμό του διατιθέμενου κονδυλίου προτείνουμε κατά σειρά αξιολόγησης αναγκών υλικοτεχνικής υποδομής σε Ιατρικό Εξοπλισμό τα πιο κάτω:

1. Βίντεο - λαρυγγοσκόπιο, εύχρηστο, αποστειρούμενο.
2. 1 μηχάνημα laser λιθοθρυψίας
3. 2 οθόνες για την συμπλήρωση λαπαροσκοπικών πύργων
4. 8 λαβές προβολέων με μηχανισμό
5. Αναλυτής αερίων (εφ' όσον δεν χορηγείται με χρησιδάνειο)
6. 1 οφθαλμολογικό μικροσκόπιο
7. 2 συσκευές προθέρμανσης αίματος (χρησιδάνειο) με σκό

Συνημμένα: σελ. 7

Ο Διευθυντής
Ιατρικής Υπηρεσίας
Δρ. Αχιλλέας Λιούλιας
Συντ. Δ/ντής Θ/Χ Τμήματος

www.sismanoglio.gr
e-mail: info@sismanoglio.gr
www.flemig-hospital.gr
e-mail: info@flemig-hospital.gr

Σισμανογλείου 1, 151.26 Μαρούσι, τηλ. 213-2058.001, fax: 213-2058.618
25ης Μαρτίου 14, 151.27 Μαρούσι, τηλ. 213-2003.200, fax: 213-2003.399



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Ρ.Δ.Δ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣ

Απο: Υπεύθυνο Αγγειοχειρουργικού Τμήματος

Προς: Συντ. Διευθύντρια Χειρουργικού Τομέα
Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας

Κοιν.: Υπεύθυνο Αγγ/κού Τμήματος

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ
Αριθμ. Πρωτ. 11322
ΕΛΠΗΘ: ΤΗΝ 26-5-17

ΘΕΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Με βάση το υπ' αριθμόν 10736 19/05/2017 έγγραφό σας υποβάλλω τα παρακάτω:

Στο Αγγειοχειρουργικό Τμήμα

- Υποστελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό (νοσηλεύτες, τραυματιοφορέα)
- Διατίθενται μόνον 6 (έξι) κλίνες οι οποίες δεν αρκούν να καλύψουν τις ανάγκες του Αγγειοχειρουργικού Τμήματος (Πρόκειται για 1 δίχαρο θάλαμο με 6 κρεβάτια με κοινούς νιπτήρες που έχει κοινές τουαλέτες με άλλους 4 θαλάμους).
- Δεν έχει γίνει η μεταφορά του τμήματος στην ανακαινισμένη πτέρυγα όπως αυτό είχε ορισθεί.
- Στο νοσηλευτικό τμήμα δεν υπάρχει ο απαραίτητος αριθμός μόνιτορ παρακολούθησης ασθενών (οι ανάγκες περισσότερες από τα ήδη υπάρχοντα) ενώ δεν υπάρχουν αυτόματες συσκευές χορήγησης υγρών που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απαραίτητες.
- Σε αρκετά κρεβάτια δε λειτουργούν τα φρένα
- Παροχές οξυγόνου παρουσιάζουν συνεχή διαρροή O₂
- Όλα τα στρώματα των κλινών των ασθενών είναι ακατάλληλα.
- Οι περισσότερες καρέκλες στους θαλάμους χαλασμένες
- Επίσης χαλασμένες είναι όλες οι καρέκλες στα γραφεία ιατρών του Αγγ/κού Τμήματος.

Στο Χειρουργείο

- Δεν λειτουργούν όλες οι χειρουργικές αίθουσες.
- Δεν λειτουργεί ξεχωριστή αίθουσα για τις επείγουσες περιπτώσεις.
- Παροχές οξυγόνου και κενού αέρα παρουσιάζουν συνεχή διαρροή.
- Δεν υπάρχει αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα χρεώσεων των πολλών ειδών του Χ/ου συνδεδεμένο π.χ. με αποθήκη, με γραφείο προμηθειών όπου η διαδικασία γίνεται χειρόγραφα.
- Πολλοί χειρουργικοί εργαλείων (χρηζουν αντικατάσταση)
- Προμήθεια νέων εργαλείων
- Αγορά χειρουργικής ιδιότητας κατάλληλης για επεμβασείς υπό ακτινοσκόπηση.
- Έλλειψη συντήρησης εξοπλισμού π.χ. Χ/ου π.χ. θορυβώδης, καρέκλες, τροχήλατα τραπέζια, πόρτες χειρουργείου.
- Δεν υπάρχουν σε αίθουσες του Χ/ου υπολογιστές συνδεδεμένοι με το σύστημα Slis του νοσοκομείου.
- Δεν έχει ποτέ αξιοποιηθεί ο προθάλαμος της χειρουργικής αίθουσας, ο χώρος δηλαδή όπου ο ασθενής θα ετοιμάζεται από τον αναισθησιολόγο. Ο θάλαμος αυτός έχει κατασκευαστεί όπως προβλέπουν οι προδιαγραφές αλλά δεν χρησιμοποιείται. Ίσως η χρήση

του σε συντονισμό με άλλες ενέργειες όπως π.χ. μεταφορά των διασωληνωμένων ασθενών σε λειτουργική μονάδα ανάνηψης και η αποσώληση τους σε αυτό το χώρο θα είχε αποτελέσει την ταχύτερη διακίνηση των ασθενών.

- Υποστήριξη του χειρουργείου από νοσηλευτικό προσωπικό
- Υποστήριξη του αναισθησιολογικού τμήματος από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
- Έλλειψη τραυματιοφορέων χειρουργείου συνήθως σε γενική εφημερία δεν υπάρχει τραυματιοφόρος Χ/οι.
- Να μελετηθούν τα διεγχειρητικά νοσηλευτικά έντυπα των ασθενών που χειρουργούνται ως προς τη διακίνηση των ασθενών. (π.χ. χρονικό-διαστήμα από το πέρας της 1^{ης} επέμβασης μέχρι την έναρξη της 2^{ης} επέμβασης) όπως και η ώρα έναρξης της 1^{ης} επέμβασης.

Γενικά

- Έλλειψη τραυματιοφορέων στα τμήματα του Νοσοκομείου (πολύ αργή η διακίνηση των ασθενών από τα ΓΕΗ στο Χ/ο ή από το Αγγειοχειρουργικό τμήμα σε διαγνωστικά τμήματα).
- Μη ύπαρξη ΜΙΑΦ
- Μη ύπαρξη κοινών οδηγίων πρωτοκόλλων ανηρτημένων στα τμήματα.
- Σχετικά με τη τοποθέτηση των κεντρικών φλεβικών γραμμών στα τμήματα. Αυτά δεν διαθέτουν άμεσα τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη σωστή τοποθέτηση (π.χ. συνθήκη ασηψίας, αποστείρωσης πεδίου)
- Παραμένουν κλειστοί θάλαμοι ασθενών στο 1^ο και 2^ο όροφο του παλαιού κτιρίου.
- Ανύπαρκτη ή ελλιπής /πληροφόρηση των τμημάτων. Συχνά υπάρχουν οι πληροφορίες γραμμένες με μαρκαδόρο σε τοίχο ή σε χειρόγραφο χαρτί.
- Ο διάδρομος του υπογείου του νέου κτιρίου έχει μετατραπεί εδώ και χρόνια σε χώρο αποθήκευσης άχρηστων ογκωδών μεταλλικών υλικών.
- Το αρχείο φακέλων ασθενών δεν έχει πλέον άλλο χώρο αποθήκευσης φακέλων. Έτσι οι φακέλοι παραμένουν στα τμήματα όπου και εκεί δεν υπάρχει χώρος.
- Κανένα από τα παράθυρα των διαδρόμων του νέου κτιρίου δεν λειτουργεί (δεν κλείνει ή ανοίγει). Το ίδιο παρατηρείται και στα παράθυρα κλιμακοστασίου. Αποτέλεσμα τον χειμώνα τεράστια απώλεια θερμότητας και το Καλοκαίρι εισόδος ζέσης.
- Δεν έχει εγκατασταθεί θύρα ασφαλείας στην είσοδο του Αγγ/κού τμήματος παρ' όλες τις αναφορές για κλοπές από τον υπεύθυνο νοσηλευτή του τμήματος.
- Δεν τηρείται η απαγόρευση του καπνίσματος εντός του Νοσοκομείου (ασθενείς, ιατροί, επισκέπτες).

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Δρ. Γεώργιος Παπαβασίλειος
Αγγειοχειρουργός
Υπεύθυνος Αγγειοχειρουργικού Τμήματος
Γ. Ν. Γενικό Νοσοκομείο - Αρκαλία Ολένη Νοσοκομείου

Τηλ. 213-2058205

213-2058289

697 2 770101

e-mail: papavass@noimail.com



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

Υπηρεσία: Ιατρική
Τμήμα: Τ.Ε.Π.
Υπεύθυνος: Δρ. Γεώργιος Παπαγιαννάκης
Τηλ.: εσωτ. 9778

Ημερομηνία 21/02/2017
Αριθμός Πρωτ.:.....

Π ρ ο ς: Διοικητή του Νοσοκομείου

Κοινοποίηση:
-Αν. Διοικητή
-Δ/ντή Ιατρικής Υπηρεσίας
-Υπόθυνο Τ.Ε.Π.

Σ χ ε τ.: Αριθμ. πρωτ. 3628/20-02-2017 έγγραφο του Δ/ντού Ιατρικής Υπηρεσίας

Εις απάντηση στο ανωτέρω σχετικό με συνημμένο το αριθμ. πρωτ. 3445/16-02-2017 έγγραφο της Διοίκησης 1^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, σας αναφέρω τις ακόλουθες ανάγκες σε Ιατροτεχνολογικό Εξοπλισμό των Τ.Ε.Π. του Σισμανογλείου Νοσοκομείου.

- | | |
|--|---------|
| 1. Καρέκλες τροχήλατες μεταφοράς:
Ασθενών (με στατώ) | τεμ. 10 |
| 2. Φορεία ασθενών βάρους σώματος > 200 kg | τεμ. 10 |
| 3. Ηλεκτροκαρδιογράφοι | τεμ. 03 |
| 4. Monitor επιτοίχια ζωτικών σημείων | τεμ. 02 |
| 5. Monitor τροχήλατα ζωτικών σημείων | τεμ. 03 |
| 6. Στατώ τροχήλατα ορών | τεμ. 10 |
| 7. Εξεταστικά κρεβάτια | τεμ. 05 |
| 8. Εγχρωμος Υπερηχοτομογράφος Triplex με
τρεις κεφαλές (Convex, Linear, Ενδοκοιλιακό) | |
| 9. Σύστημα ενδοεπικοινωνίας στον Ακτινογραφικό θάλαμο. | |

Ο Υπεύθυνος Τ.Ε.Π.

Δρ. Γεώργιος Παπαγιαννάκης

www.sismanoglio.gr
e-mail: info@sismanoglio.gr
www.flemig-hospital.gr
e-mail: info@flemig-hospital.gr

Σισμανογλείου 1, 15126 Μαρούσι, τηλ. 213-2058.001, fax: 213-2058.618
25ης Μαρτίου 14, 15127 Μελίσσια, τηλ. 213-2003.200, fax: 213-2003.399

ΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝ
Πρωτ. 21496 - 23/10/2017



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

Από: Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας
Δρ. Αχιλλέα Λιοβλία
Τηλέφωνο: 2132058254-255
Γραμματεία τηλ. 2132058256

Ημερομηνία: 20/10/2017
Αριθμός Πρωτ. 21496/23-10-17

Π ρ ο ς: Καθηγητή κ. Χαρ. Δηληβελιώτη

Κοινοποίηση:
-Διοικητή
-Δ.Ι.Υ.

Σ χ ε τ.: Το αριθμ. πρωτ. 21076/17-10-2017 έγγραφο του Καθ. κ. Χ. Δηληβελιώτη

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού με θέμα: " Δυσλειτουργία Leser συρητηρολιθοτριψίας ", σας ενημερώνω ότι:

1. Η αγορά ενός μηχανήματος Leser συρητηρολιθοτριψίας αποτελεί άμεση προτεραιότητα.
2. Αντιλαμβανόμεθα και σεβόμαστε την ευαισθησία για τους ασθενείς σας.
3. Προσπαθούμε να ρυθμίσουμε την νομιμοποίηση του υπάρχοντος μηχανήματος ώστε να επισκευασθεί.

Ο Διευθυντής
Ιατρικής Υπηρεσίας
Δρ. Αχιλλέας Λιοβλίας
Συντ. Δ/ντής Θ/Χ Τμήματος

Συνημμένα: σελ.1

www.sismanoglio.gr
e-mail: info@sismanoglio.gr
www.flemig-hospital.gr
e-mail: info@flemig-hospital.gr

Σισμανογλείου 1, 151.26 Μαρούσι, τηλ. 213-2058.001, fax: 213-2058.618
25ης Μαρτίου 14, 151.27 Μελίσσια, τηλ. 213-2003.200, fax: 213-2003.399

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝ
Αρ.Πρωτ. 21076 - 17/10/2017



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Β' ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Χ. Ν. ΔΕΛΗΒΕΛΙΩΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΑΡΜΗΚ
Αριθμ. Πρωτ.: 21076
Εκδόση την 12-10-17

Κέντρο Εξουδετέρωσης Αναγνωρισμένο
από το European Board of Urology
15126, Μαρούσι - Αθήνα
Τηλ: 210 2058253 - FAX: 213 2058605

Αθήνα, 18/10/2017

Προς: (Δ.Δ.Υ.)

- Κοιν.: 1. Γραφείο Διοικητή
2. Γραφείο Αν. Διοικητή
3. κ. Μ. Βαφαϊάδου, Διευθύντρια Χειρουργικού Τομέα
4. Δ.Δ.Υ.
5. Υποδ/νση Οικονομικού
6. Τμήμα Προμηθειών
7. Τμήμα Β.Ι.Τ. κ. Ιγνάτιο Μαραντή
8. Προσταγμένη Χειρουργείων
9. Καθ. κ. Χ. Δεληβελιώτης, Διευθυντή Β' Ουρολογικής Ελλικής ΕΚΠΑ

Θέμα: «Λειτουργία Laser ουρητηρολιθοτριψίας»

Αξιότιμε κ. Διευθυντά,

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι μέχρι την επίσημη επασκευή του μηχανήματος Laser ουρητηρολιθοτριψίας, δεν θα πραγματοποιούνται τακτικά περιστατικά που απαιτούν την χρήση του.

Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε για την άμεση ενημέρωσή μας σχετικά με την επασκευή του μηχανήματος.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Β' ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Χ. Ν. ΔΕΛΗΒΕΛΙΩΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
Α.Μ.Κ.Α.: 51866132

Χαράλαμπος Δεληβελιώτης
Καθηγητής Ουρολογίας